



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE MONGAGUÁ

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. SÃO PAULO, 1.510 CENTRO – MONGAGUÁ – 3505 5560

787
*

Mongaguá, 30 de novembro de 2017.

Comunicação Interna 568/2017

Ao setor de Licitação
Lourença Machado

Vimos pela presente, encaminhar as seguintes informações pertinentes a impugnação da empresa Air liquid, referente ao processo 0054/2017.

- Referente a impugnação da empresa Air liquid
- REFERENTE ITEM 1 VENTILADOR PULMONAR

- REFERENTE A APRESENTAÇÃO GRÁFICA E LOOPS
- Não acatamos o pedido pois há vários equipamentos no mercado com 3 curvas simultâneas, há equipamentos com até 5 curvas, e como a empresa AIR LIQUID mesmo fala da importância de diferenças por cores ciclos .

- REFERENTE A EXIBIÇÃO DE CURVAS
- Não acatamos pois há mais de 3 empresas no mercado com a exibição de curvas simultâneas em tempo real, o qual facilita a visualização da mecânica pulmonar .

- REFERENTE A FREQUENCIA RESPIRATÓRIA DE 2 A 80
- Não acatamos pois há equipamentos no mercado que a abrangência é de 0 A 100.

- REFERENTE A PRESSÃO DE SUPORTE AJUSTÁVEL DE 1 A 60CM H2O
- Não acatamos o pedido pois há aparelhos no mercado com o parametro de 0 a 100 cm H2O

- CONCLUSÃO- Há aparelhos no mercado com parâmetros superiores pedido no edital.

- REFERENTE ITEM 3 VENTILADOR DE TRANSPORTE

- REFERENTE PRESSÃO CONTROLADA DE 01-80CM H2O
- Não acatamos o pedido pois há equipamentos no mercado com parâmetros superiores

- REFERENTE PRESSÃO DE SUPORTE AJUSTAVEL
- Não acatamos o pedido pois há equipamentos de 0 a 50cm H2O.

- REFERENTE AO TEMPO INSPIRATÓRIO DE 0,3 A 7 SEGUNDOS
- Acatamos o pedido de esclarecimento abrindo o ranger.

- REFERENTE AO BOTÃO DE RESPIRAÇÃO MANUAL
- Acatamos, o aparelho poderá ter o ciclo manual ou não.

CONCLUSÃO

Há empresas no mercado que atendem o edital, mas abrimos mais alguns parâmetros sugeridos pela empresa Air liquid em questão.

Rivanilce de Souza Oliveira

Diretora municipal de Saúde

Rivanilce de Souza Oliveira
Diretora Municipal de Saúde